

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v yêu cầu báo giá mua sắm Mua sắm vật tư tiêu hao thiết yếu (16 mặt hàng)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Mua sắm vật tư tiêu hao thiết yếu (16 mặt hàng) với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ tên: Phan Thanh Hưng Chức vụ: nhân viên
  - Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)
  - Địa chỉ email: [phongvtttbyt115@gmail.com](mailto:phongvtttbyt115@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

  - Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;
  - Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);
  - Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU (16 MẶT HÀNG)”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023;  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư tiêu hao kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá dự kiến thuộc Dự toán Mua sắm vật tư tiêu hao thiết yếu (16 mặt hàng):
  - Theo danh mục đính kèm;

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:
  - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;
  - Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Bệnh viện Nhân Dân 115;
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định;
5. Các thông tin khác: không có; *11/11*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT.



DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO – HÓA CHẤT KÈM TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 3925 /BVND115-TTB ngày 19 / 12/2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Phim Laser khô cỡ 35 cm x 43 cm (phù hợp cho máy in khô Carestream/Kodak của bệnh viện)	Kích cỡ 35 cm x 43 cm cho máy in khô Carestream/ Kodak. (hoặc tương đương) Sử dụng thiết bị Bệnh viện đang có, chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng máy in phim đảm bảo hoạt động 24/24 giờ không dừng máy.	115.000	Tám
2	Kẹp cầm máu clip độ mở 09 mm -16 mm sử dụng 1 lần	Kẹp cầm máu clip, tay cầm lắp sẵn, nhiều độ mở nằm trong phạm vi từ 9 mm đến 16 mm, chiều dài làm việc 2300 mm, xoay 360 độ - 2 chiều, đóng mở nhiều lần, sử dụng 1 lần. Không có vỏ bọc nhựa.	780	Cái
3	Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây máu cho người lớn cân nặng $\geq$ 35 Kg	Màng lọc: dạng sợi rỗng AN69 Diện tích màng: $\geq$ 0,9 m <sup>2</sup> .	190	Bộ
4	Ống thông JJ đặt nông niệu quản 6 Fr,7Fr, dài 26 cm	- Kích cỡ: 6F, 7F - Chiều dài 26cm ( $\pm$ 2 cm) - Chất liệu: làm bằng nhựa (PUR) Polyurethane	600	Cái
5	Dây hút đàm có kiểm soát các cỡ	Chất liệu nhựa PVC	112.000	Cái
6	Gạc phẫu thuật ổ bụng 25 cm x 80cm ( $\pm$ 5 %) x 4 lớp, cân quang không vô trùng	- Nguyên liệu 100% cotton, gạc hút nước - Kích thước 25 cm x 80 cm ( $\pm$ 5 %) x 4 lớp, cân quang không vô trùng	65.000	Miếng
7	Chỉ không tiêu tổng hợp Nylon số 2/0, dài tối thiểu 75cm, kim tam giác 3/8C dài 26mm ( $\pm$ 1 mm)	Chỉ không tiêu tổng hợp Nylon số 2/0, chiều dài tối thiểu 75 cm, kim tam giác 3/8C chiều dài 26 mm ( $\pm$ 1 mm)	8.000	Tép
8	Bơm tiêm nhựa 5ml, 23 G	- Bơm tiêm 5 ml, - Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. - Kim tiêm thép không gỉ, 23 G	240.000	Cái

9	Bơm tiêm nhựa 20ml, 23 G	- Bơm tiêm 20 ml - Chất liệu: Nhựa y tế. - Kim tiêm thép không gỉ, 23 G	54.000	Cái
10	Tube Heparine	Chất liệu nhựa có nắp màu đen - Thể tích 5 ml ± 1 ml - Chứa chất chống đông Heparin Lithium	150.000	Cái
11	Clip phình mạch máu não Titanium các cỡ	- Vật liệu Titanium không bị nhiễm từ khi chụp MRI. - Chiều dài lưới từ 3.0 mm đến 15.3 mm - Mặt trong của lưới có dập các khối hình chóp lõm lớn và sâu tạo ra lực bám mạnh vào mô, có độ mở tối đa 3.3 mm đến 10.2 mm - Khoá của kẹp thiết kế phẳng mỏng và liền mạch, bề mặt tiếp xúc rộng ổn định có lực đóng từ 1.08 N/g đến 200 N/g. - Có dụng cụ gắn kẹp sử dụng trong phẫu thuật key hole. Đóng gói tiệt trùng sẵn.	70	Cái
12	Bộ nẹp tạo hình (từ 6 đến 18 lỗ)	1/Nẹp tạo hình kiểu mắc xích, dày tối thiểu 2 mm, chất liệu thép không gỉ, từ 6 lỗ đến 18 lỗ. 2/Từ 6 vít đến 18 vít vỏ (tuỳ theo số lỗ nẹp) hoặc vít xoắn đường kính 3.5 mm, vít xoắn đường kính 4.0 mm.	36	Bộ
13	Kim sinh thiết dạ dày dùng một lần đường kính 1.8 mm đến 2.4 mm	Kim sinh thiết dạ dày chiều dài 170 cm (± 10 cm) dùng 1 lần, miệng kèm hình oval, có lỗ giảm áp, đường kính: trong phạm vi 1.8 mm đến 2.4 mm. Không có vỏ bọc nhựa.	120	Cái
14	Kim sinh thiết đại tràng dùng một lần đường kính 2.0 mm đến 2.6 mm	Kim sinh thiết đại tràng dài 230 cm (±10 cm) dùng 1 lần, miệng kim hình oval, có lỗ giảm áp, đường kính: trong phạm vi 2.0 mm đến 2.6 mm. Đóng gói vô trùng. Không có vỏ bọc nhựa.	120	Cái
15	Catheter lọc màng bụng đầu cong dài 63cm	Catheter để vô dịch ổ bụng, chiều dài tối thiểu 63 cm	40	Cái
16	Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm có cuff dùng trong lọc máu dài hạn	- Chất liệu: Polyurethane hoặc carbothane - Có cân quang - Chiều dài từ 20 cm đến 25 cm - Đường kính: 14F đến 15.5 F - Tốc độ chảy: > 400 ml/phút - Có đầy đủ bộ phận đính kèm: thông luôn catheter, cây nóng, cây tạo đường hầm, guidewire, nắp đậy, kim dò	30	Bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY .....  
 Địa chỉ: .....  
 Số điện thoại: .....  
 Email: .....

Số: ....., ngày tháng năm 2023

V/v Mua sắm vật tư tiêu hao thiết yếu (16 mặt hàng)

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

Kính gửi: **BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân Dân 115, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế (Mua sắm vật tư tiêu hao thiết yếu (16 mặt hàng)) và dịch vụ liên quan:

STT	STT theo danh mục yêu cầu báo giá	Danh mục trang thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>		Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
			Tên gọi	Ký, mã, nhãn hiệu, model								
1		Trang thiết bị A										
2		Trang thiết bị B										
n		...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2023 [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

VIỆN ĐÀO ĐỨC

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chúng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục trang thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chúng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục trang thiết bị y tế".
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của trang thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (TCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

CÔNG TY .....  
ĐỊA CHỈ: .....  
SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## DANH MỤC VẬT TƯ CÓ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Kính gửi: BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhân Dân 115, chúng tôi Công ty ....., Địa chỉ: .....,  
Chúng tôi xin đính kèm báo giá bản danh mục có tính năng kỹ thuật cho các trang thiết bị y tế đã chào giá như sau:

STT	Danh mục trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất			Đơn vị tính	Tính năng kỹ thuật
		Tên gọi	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất		
STT theo Danh mục yêu cầu báo giá						

*[Handwritten signature]*

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023  
Đại diện hợp pháp của công ty



