

Số: .190.../BVND115-TTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v yêu cầu báo giá mua sắm Vật tư tiêu hao – hóa chất lần 10/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Vật tư tiêu hao – hóa chất lần 10/2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Trương Tú Quỳnh Chức vụ: nhân viên
 - Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)
 - Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

- Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;
 - Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);
 - Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO – HÓA CHẤT LẦN 10/2024”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 02 tháng 5 năm 2024;
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Vật tư tiêu hao – hóa chất kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 10/2024:



- Theo danh mục đính kèm;
7. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:
 - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;
 - Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;
 8. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Bệnh viện Nhân Dân 115;
 9. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định;
 10. Các thông tin khác: không có; *vt*

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc;
 - Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT.

vt **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC



vt
TS. NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

**DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO – HÓA CHẤT KÈM TÍNH NĂNG,
THÔNG SỐ KỸ THUẬT, SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH
YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 10/2024**

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1190/BVND115-TTB ngày 22/4/2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ bơm tiêm 60/60ml dùng cho máy bơm tiêm điện OptiStar Elite dùng trong chụp MRI	2 Xy lạnh 60 ml, sử dụng trong chụp MRI, bơm thuốc cân từ tương thích với bơm tiêm điện Optistar Elite (hoặc tương đương).	200	Cái
2	Nút nhôm	Nắp đậy dịch truyền.	142.500	Cái
3	Băng bó bột 10cm x2.7m	Băng bó bột làm bằng thạch cao nguyên chất, thời gian cứng bột khoảng 2 đến 3 phút, kích thước 10cm X 2,7m.	1.200	Cuộn
4	Băng bó bột 15cm x2.7m	Băng bó bột làm bằng thạch cao nguyên chất, thời gian cứng bột khoảng 2 đến 3 phút, kích thước 15cm X 2,7m.	2.000	Cuộn
5	Bơm tiêm nhựa 10 ml, 23G	Bơm tiêm 10ml Chất liệu: nhựa dùng trong y tế Kiểm tiêm thép không gỉ, 23G.	120.000	Cái
6	Co nối máy thở	Dùng như một liên kết giữa hệ thống dây thở và mặt nạ hỗ trợ việc hô hấp cho bệnh nhân.	7.000	Cái
7	Dây oxy 1 nhánh	Chất liệu nhựa y tế, mềm dẻo Chiều dài tối thiểu 40 cm.	4.200	Cái
8	Dây truyền dịch có màng lọc	Van khóa điều chỉnh, kim Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo.	30.000	Cái
9	Khóa ba ngã có dây dài 25cm	Một khóa ren chính và hai khóa ren phụ Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate có thể xoay 360 độ. Dây chiều dài tối thiểu 25cm.	20.000	Cái
10	Kim chạy thận nhân tạo các loại, các cỡ	Gồm có: Kích thước 16G hoặc 17G, chiều dài 25mm, phủ silicone.	25.000	Cái



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		Cánh xoay, có màu phân biệt kích thước kim, 1 kẹp khóa, 1 đầu nối tương thích với mọi bộ dây chạy thận, 1 ống dây chiều dài 30cm (± 2).		
11	Kim tiêm 18 G	Kim tiêm 18 G Chất liệu thép không gỉ.	420.000	Cái
12	Thông dạ dày các số	Chất liệu: nhựa PP hoặc PVC y tế.	9.000	Cái
13	Tube citrat 3.2%	Chất liệu nhựa có nắp màu xanh lá cây - Chứa chất chống đông Citrate 3.2% - Thể tích 5ml \pm 1ml.	50.000	Cái
14	Bộ đặt nội khí quản cong 3 lưỡi	3 lưỡi cong số 2,3,4 Cán pin trung Cán tay cầm loại C, dạng không sọc Hộp đựng, Ánh sáng led	10	Bộ
15	Dao cắt cơ vòng	Dao cắt cơ vòng 3 kênh, loại đầu thuôn, Chiều dài catheter 170cm, đường kính catheter 7F Đường kính dây dẫn cho phép 0.035", chiều dài dây cắt 25mm, loại dây đơn, đường kính kênh nhỏ nhất 2.8mm	20	Cái
16	Rọ lấy sỏi niệu quản	Kích cỡ: 3F, nhiều cỡ chiều dài \geq 90cm. Chất liệu: Nitinol. Độ mở chiều dài của rọ chứa: 40mm. Đầu tip 3mm.	30	Cái
17	Rọ lấy sỏi 04 nhánh dùng nhiều lần	Rọ lấy sỏi 4 nhánh (độ mở từ 25mm từ 30mm), dùng nhiều lần.	15	Cái
18	Coil (vòng xoắn kim loại) nút túi phình mạch não các cỡ	Vòng xoắn nút mạch não có loại 3D và Helix được làm từ Platinum, - Chiều dài cuộn coil từ 1cm đến 50 cm. - Coil có đủ kích cỡ "half-size" (1.5; 2.5, 3.5 v.v...) - Đường kính sợi coil tăng dần 0,0115, 0.0125, 0.0135, 0.0145 "	10	Cái

Sinh