

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v yêu cầu báo giá mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 19/2024-mua sắm

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm **trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 19/2024** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Phan Thanh Hưng Chức vụ: nhân viên
 - Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)
 - Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

 - Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;
 - Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);
 - Lưu ý:** Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ "**Báo giá trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 19/2024**". Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2024;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2024



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục **Trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế** kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 19/2024:
 - Theo danh mục đính kèm;
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:
 - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;
 - Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;
3. Các thông tin khác: không có; *Ưu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT.



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 19/2024-Mua sắm

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 4940 /BVND115-TTB ngày 26 / 6 /2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Ống kính soi khám tai mũi họng 0 độ	Ống soi 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 175mm	4	Cái
2	Ống kính soi khám tai mũi họng 70 độ	Ống soi 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 175mm	4	Cái
3	Bóng đèn Helogen nguồn sáng Tai mũi họng	Công suất 24v - 250W	5	Bóng
4	Dây dẫn sáng nguồn sáng Olympus	Dây dẫn sáng, dài 2m	1	Dây
5	Bộ lọc khuẩn 3 cấp có đèn UV	Gồm 3 bộ lọc và đèn UV	4	Bộ
6	Bộ chọc hút tế bào bằng kim nhỏ FNA	Chất liệu bằng nhôm, thanh trượt bằng thép không gỉ, trọng lượng nhẹ, sử dụng nhiều lần	1	Cái
7	Hệ thống nội soi khám Tai - Mũi - Họng	<ul style="list-style-type: none">- Màn hình- Nguồn sáng + dây dẫn sáng- Camera CCD- Xe đặt máy	1	Hệ thống
8	Bộ đặt nội khí quản 5 lưỡi	Gồm 5 lưỡi cong, dùng tại khoa Hồi sức	2	Bộ
9	Bóng đèn led trắng, sử dụng tương thích với bộ đặt nội khí quản, chịu nước khi ngâm khử khuẩn.	Bóng đèn led trắng, sử dụng tương thích với bộ đặt nội khí quản, chịu nước khi ngâm khử khuẩn.	30	Bóng
10	Dây đo ECG loại 3 điện cực sử dụng tương thích máy monitor GE	Dây đo ECG loại 3 điện cực sử dụng tương thích máy monitor GE	20	Dây
11	Dây đo ECG loại 3 điện cực sử dụng tương thích máy monitor Nihon Kohden	Dây đo ECG loại 3 điện cực sử dụng tương thích máy monitor Nihon Kohden	20	Dây
12	Dây đo SPO2 sử dụng tương thích máy monitor GE	Dây đo SPO2 sử dụng tương thích máy monitor GE	20	Dây
13	Dây đo SPO2 sử dụng tương thích máy monitor Nihon Kohden	Dây đo SPO2 sử dụng tương thích máy monitor Nihon Kohden	20	Dây

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
14	Dây đo SPO2 sử dụng tương thích máy Nonim	Dây đo SPO2 sử dụng tương thích máy monitor Nonim	20	Dây
15	Lọc UF và phụ kiện đi kèm	Sử dụng cho hệ thống nước RO	01	Cái
16	Cây treo dụng cụ, có 4 móc và chậu inox.	Cây treo dụng cụ, có 4 móc và chậu inox dày 2mm (50x40), kích thước cao 1m, dài 0.55m, rộng 0.45m.	02	Cái