

Số: 1941/BVND115-TTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 20/2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 20/2024 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ tên: Phan Thanh Hưng Chức vụ: nhân viên
  - Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)
  - Địa chỉ email: [phongvtttbyt115@gmail.com](mailto:phongvtttbyt115@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

  - Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;
  - Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);
  - Lưu ý:** Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “**Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 20/2024**”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện các nhà cung cấp dịch vụ phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2024;  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2024



## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục **cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 20/2024** kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 20/2024:
  - Theo danh mục dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế đính kèm;
2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định; *Uđ*
3. Các thông tin khác: không có; *Uđ*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT.



DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN  
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 20/2024

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1941 /BVND115-TTB ngày 26 / 6 /2024)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa Máy chạy thận HDF Hãng, nước sản xuất: Fresenius Medical Care, Đức Model: 5008s Seri: 5VSAW351, 9VSAKQ81, 4VSAR259,	Buồng heater, board thủy lực, cảm biến áp lực. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	3	Máy	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
2	Sửa chữa Máy Xquang Hãng, nước sản xuất: Quantum, Mỹ Model: QG-40-3 Seri: QG403-16R-0707	Đứt ½ tim, board nguồn. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
3	Sửa chữa Máy hấp Getinge Hãng, nước sản xuất: Getinge, Ba Lan Model: GS67H Seri: BAA088842	Lọc hepa, bộ dây khí nén, steam trap, ron cửa, máy hút chân không. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
4	Sửa chữa Máy hấp Cisa 2 Hãng, nước sản xuất: Cisa SPA, Ý Model: SRT6410 Seri: 11470	Cảm biến, điện trở, valse, phần mềm điều khiển. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
5	Sửa chữa đầu dò siêu âm máy siêu âm Logiq S7 Expert	Đầu dò siêu âm convex, linear hư. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	2	Cái	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
6	Sửa chữa máy siêu âm Logiq S7 Expert Hãng, nước sản xuất: GE Model: Logiq S7 Expert Seri: LS7001061	Màn hình xuất hiện lỗi "system error", lỗi mạch GBF. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

7	Sửa chữa Máy thở Bennet 840 Hãng Puritan Bennet - nước sản xuất: Mỹ Model: Bennet 840 Seri: 3512200777/ 3512181393 /3512111933/ 3510095363/ 3512181421/ 3510071088	Board điều khiển khí thở; flow sensor (đầu ra), board BD, board GUI. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	6	Máy	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
8	Sửa chữa bộ cánh tay đỡ và phụ kiện mô	Thay các khớp nối với phụ kiện sử dụng tương thích với bàn mô. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình	10	Bộ	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
9	Sửa chữa bảo trì UPS Ablerec 200kVA TITAN	Máy thông báo lỗi cần bảo trì định kỳ (MAINTENANCE REQUIRED). Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình	1	Cái	Bệnh viện nhân dân 115	Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng