

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v yêu cầu báo giá mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 35/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 35/2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Phan Thanh Hưng Chức vụ: nhân viên
 - Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)
 - Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

 - Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;
 - Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);
 - Lưu ý:** Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “**Báo giá trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 35/2024**”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 10 tháng 10 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2024;
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 35/2024:
 - Theo danh mục đính kèm;
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:
 - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;
 - Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;
- Các thông tin khác: không có; *lưu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT.



DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 35/2024

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 3225 /BVND115-TTB ngày 17/10/2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa và kiểm định Máy gây mê Blease Số Seri: 81 U 0590304; 81 U 0580304/04020304; 81 U 0210202	Hư pin, Hư cảm biến oxy, Hư bóng xếp, Hư board áp lực, Hồng Oxy sensor, Đồng hồ áp lực cơ hư, Không hiển thị khí mê trên màn hình máy VAMOS, Bình bốc khí mê còn hoạt động,... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	3	Máy
2	Sửa chữa Máy thở Drager Evita 300 SN: ASPJ0071	Hư Board nguồn... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy
3	Sửa chữa Máy thở Carecape R860 hãng GE SN: CHRA 20864	Hư van thở ra và Flowsensor... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy
4	Sửa chữa Máy thở Bennett 840 SN: 3512200939, 3512201022	Hư bộ Flowsensor... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	2	Máy
5	Sửa chữa Máy thở Extend SN: XT 1191	Hư nguồn và van thở ra, Flowsensor... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy
6	Sửa chữa Máy thở Servoi Hãng : Maquet SN:104145	Hư Board điều khiển PC 1771... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy
7	Sửa chữa Máy thở Servo –Air Hãng: Maquet SN: 22149, 22151	Hư Oxycell... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	2	Máy
8	Sửa chữa Máy điều nhiệt (dùng mô tim hồ) Model: HCU20	Hư tấm chắn trao đổi nhiệt... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	2	Máy
9	Sửa chữa Máy Tim phổi nhân tạo HL20 Hãng: Maquet SN: 100260, 100261	Hư Pin Sac, Màn hình hiển thị dung dịch bị hư... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	2	Hệ thống
10	Sửa chữa Bơm tiêm điện Terumo Model: 3311S, SS700 SN: 07100292, 1002000641, 1511011084, 2105010150, 1611010620, 2105010150,	Hư kẹp ống tiêm, hư vỏ máy, hư bộ kẹp đuôi, hư màn hình, hư board nguồn, hư đĩa quay, hư motor, hư bộ kẹp đuôi mắt quang... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	9	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
	1511011083, 1611010619, 0912000594			
11	Sửa chữa Máy siêu âm Logiq S7 S/N: LS7001061; LS7001059; LS7002010; LS7002009; LS7001060	Hư ổ cứng, hư Board GBF, hư đầu dò Convex, Linear,... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	5	Máy
12	Sửa chữa Máy đo loãng xương Hologic Expolrer	Đứt dây cu roa... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	1	Máy
13	Sửa chữa giường bệnh, băng ca..	Gãy bánh xe, thanh chắn, vạt giường... Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.	100	Giường